

周环审〔2025〕35号

周口市生态环境局
关于扶沟县人民医院数字减影血管造影（DSA）
应用项目环境影响报告表的批复

扶沟县人民医院：

你单位（统一社会信用代码：12411721418625737A）报送的由河南华惠检测技术有限公司编制的《扶沟县人民医院数字减影血管造影机应用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、项目性质：扩建

二、审批内容

（一）种类和范围：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置。

（二）项目内容

该项目位于周口市扶沟县金海路中段扶沟县人民医院院内。拟购1台东软医疗 NeuAngio 30C 型数字减影血管造影机（简称 DSA），其最大管电压 125kV，最大管电流 800mA，属于医用Ⅱ类射线装置，机房位于医院综合楼一楼东北侧（现有空房间改造）。

项目总投资：1250 万元，其中环保投资：36 万元。

三、你单位应在项目建成后 30 日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询。同时，应将经批准的《报告表》报送当地生态环境主管部门，并接受监督管理。

四、有关要求

（一）你单位应将《报告表》中各项污染防治措施落实到项目建设中，切实加强施工监督管理，确保项目的工程建设质量。

（二）你单位应设置辐射环境安全专职管理人员，建立并落实辐射防护、环境安全管理、事故预防、应急处理等规章制度。

（三）辐射工作场所须设置明显的电离辐射标志和中文警示说明。配备相应辐射监测仪器，定期对辐射工作场所及周围环境进行辐射监测，监测记录长期保存。

（四）射线装置安装、调试、使用时，应由专业技术人员操作。从事辐射工作的人员必须经辐射安全和防护知识培训合格后上岗，并定期进行个人剂量监测，建立和完善个人剂量档案。

（五）按时组织开展辐射安全与防护状况年度评估工作，

发现安全隐患的，应立即进行整改，年度评估报告每年1月31日前报送我局，同时抄送当地生态环境主管部门。

（六）按规定向发证机关重新申领“辐射安全许可证”，并报当地生态环境主管部门。

（七）项目竣工后，其配套建设的放射防护设施须经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（八）本批复有效期为五年，如果该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

2025年5月6日